

Klasifikácia výrobku:

Zdravotnícka pomôcka

Názov výrobku**Doplnok názvu**

Krytie na rany CERDAK BASIC 7x7 cm
kód ŠUKL: A3853A, 10ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 2x3 cm
kód ŠUKL: A79290, 10ks v balení

vankúšik na tvárové operácie s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 5x2,5 cm
kód ŠUKL: A79265, 10ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 5x5 cm
kód ŠUKL: A79266, 10ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 5x10 cm
kód ŠUKL: A79267, 10ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 5x15 cm
kód ŠUKL: A79268, 10ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 5x20 cm
kód ŠUKL: A79269, 10ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 5x30 cm
kód ŠUKL: A79270, 10ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 10x10cm
kód ŠUKL: A79271, 10ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 10x15cm
kód ŠUKL: A79272, 10ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Krytie na rany CERDAK BASIC 10x75 cm
kód ŠUKL: A94943, 2ks v balení

vankúšik bez náplasti s bio-keramickým preparátom

Zloženie:

Mikroporézne keramické častice (ALUMINA)

Označenie výrobku: „STERILNÁ“, určená na jednorazové použitie

Spôsob pôsobenia:

Cerdak™ Biokeramické krytie na rany (CWD) majú výnimočnú kapilárnu saciu silu, ako aj veľmi veľký absorpčný a adsorpčný povrch. Keramické častice odstraňujú prebytočný exsudát z rany. Týmto neselektívnym pôsobením dochádza k priaznivej zmene prostredia rany. Krytie Cerdak™ zanecháva mikro-vlhké prostredie a optimalizuje biochemické prvky, ktoré sú bežne aktívne v exsudáte. To vedie k hojeniu kožných defektov bez ohľadu na príčinu ich vzniku. Krytie Cerdak™ zostáva aktívne, keď je suché alebo nenasytené.

Indikácie:

Krytie Cerdak™ CWD je indikované na liečbu akútnych a chronických (neliečiacich sa) poranení kože. Pôvod rany nijako neovplyvňuje činnosť krytia Cerdak™. Mali by sa vykonávať bežné chirurgické princípy starostlivosti o rany s použitím krytia Cerdak™ WTD s výnimkou odporúčanej minimálnej alebo žiadnej manipulácie s ranou počas aplikácie krytia Cerdak™. Takto sa zachovávajú slabé nové bunky vytvorené počas procesu hojenia. Pred začiatkom liečby pomocou krytia Cerdak™ sa vždy musí odstrániť nekrotické tkanivo.

Kontraindikácie:

Zhubné nádory pred špecifickou liečbou zhubných nádorov.
Nádory neurčitého pôvodu.

Varovania:

Krytie Cerdak™ CWD by sa malo používať pod dohľadom zdravotníckeho personálu. Granule z krytia Cerdak™ by sa nemali uvoľňovať z textilného vrečka do otvorenej rany. Krytie Cerdak™ sa nesmie používať v kombinácii s liečivými masťami alebo krémami. Krytie Cerdak™ by sa nemalo používať, ak bol obal vrečka akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo otvorený. Môže dôjsť k ohrozeniu sterility tohto výrobku. Použitie krytia Cerdak™ WTD likvidujte jeho spálením alebo umiestnením do kontajnera s biologickým odpadom.

Pokyny na použitie:

1. krok: Vyčistite ranu a odstráňte z nej cudzie telesá.
2. krok: Umiestnite krytie Cerdak™ CWD na celú plochu rany lesklou (nelepivou) stranou krytia smerom ku rane.
3. krok: Zabezpečte krytie Cerdak™ Basic s lepiacou páskou a zaviazte ho obvazom.
4. krok: Ponechajte krytie Cerdak™ CWD na svojom mieste, kým sa na viditeľnej strane krytia nezobrazí 50% – 70% sfarbenie.
5. krok: Odstráňte krytie Cerdak™ a zlikvidujte ho spálením alebo umiestnením do kontajnera s biologickým odpadom
6. krok: Umiestnite nové krytie Cerdak™ CWD na miesto rany bez mechanického čistenia (vytierania alebo tampónovania) rany. Silný hnis sa môže jemne vytrieť alebo opláchnuť 0,9% fyziologickým roztokom.

CERDAK

PRÍBALOVÝ LÍSTOK / POKYNY NA POUŽITIE: BIOKERAMICKÉ KRYTIE NA RANY

Frekvencia výmeny krytia sa určuje podľa množstva exsudátu uvoľneného v rane. Silne exsudatívna rana môže vyžadovať výmenu krytia už po 6-8 hodinách, zatiaľ čo krytie Cerdak™ CWD môže zostať na rane s miernym alebo žiadnym exsudátom až po dobu 7 dní.

Krytie Cerdak™ CWD sa môže občas jemne na ranu prilepiť. V tom prípade ho bezpečne a ľahko uvoľníte opláchnutím 0,9% fyziologickým roztokom.

Dodatočná liečba:

Použitie dodatočných liečebných postupov, ako sú antibiotiká, by mal zväziť zdravotnícky pracovník podľa stavu rany a/alebo komplikujúcich faktoroch v čase vyšetrenia.

Opuch končatín by sa mal ošetriť pomocou príslušného sťahujúceho obväzu s cieľom znížiť tlak na venózy zberný systém.



Opatrenia:

1. Je nutné, aby sa krytie Cerdak™ aplikovalo pod dohľadom zdravotníckeho personálu. Pacient si môže bezpečne aplikovať krytie Cerdak™ doma s pravidelnými kontrolnými návštevami u zdravotníckeho pracovníka.
2. Biopsiu rany by mal vykonávať zdravotnícky pracovník, ak existuje pochybnosť o povahe alebo pôvode rany .

Prerušenie liečby:

1. Ak pacient pociťuje bolesť pri použití náplastí Cerdak™, liečba by sa mala prerušiť, pokiaľ nie je pozorovaný pokrok v hojení.
2. V prípade komplikácií rany z akéhokoľvek iného dôvodu by sa pacienti mali obrátiť na chirurga, ktorý im poskytne vhodnú liečbu.

Interakcie:

Nie sú známe žiadne interakcie s liekmi alebo chemikáliami mimo bežných účinkov samotného krytia Cerdak™.



Vedľajšie účinky:

Bolesť vo veľmi starých ranách, ktoré boli neúspešne liečené inými spôsobmi.

Nežiaduce reakcie:

Doposiaľ neboli hlásené.

Toxicita:

Keramické častice sú pri požití úplne netoxické.

Identifikácia:

Cerdak™ pozostáva z mikroporéznych bielych keramických granúl umiestnených v obale z priedušného, syntetického, netkaného vlákna určeného na lekárske účely. Pre toto vlákno je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Výrobky Cerdak™ sú zapečatené jednotlivo vo vrecúškach a dodané v sterilnom stave pomocou **sterilizácie etylénoxidom**.

Pokyny pre skladovanie:

1. Krytie Cerdak™ sa musí skladovať na suchom mieste. Absorpcia vlhkosti zastaví činnosť keramických častíc.
2. Keramické častice nie sú citlivé na teplotu a môžu byť uskladnené pri akejkoľvek teplote okolia po dobu životnosti sterilizačného vrečka.

Rádiologická charakteristika:

Keramické častice sú cca 97% priehľadné.

Identifikácia a vysvetlenie symbolov:



Európske označenie zhody

2195

Číslo notifikovaného orgánu



Európsky splnomocnenec



Výrobca



Pozrite si návod na použitie



Nepoužívajte opakovane



Sterilizuje sa pomocou etylénoxidu

CERDAK
PRÍBALOVÝ LÍSTOK / POKYNY NA POUŽITIE: BIOKERAMICKÉ KRYTIE NA RANY



Nevykonávajte opakovanú sterilizáciu



Nepoužívajte, ak je balenie poškodené



Udržujte suché



Chráňte pred slnečným žiarením



Dátum výroby



Použite do uvedeného dátumu



Kód šarže




Katalógové číslo



Pozorne si prečítajte sprievodné dokumenty



CERDAK (Pty) LTD
22A Siyayi Drive
Mtunzini, 3867
Južná Afrika
info@cerdak.co.za
+27353402159



PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
Cabaj 504, 95117 Cabaj-Čápor
Slovenská republika
info@pharmacare.sk
+421376580066



2195